



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2018 года № ФСР 2010/07205

На медицинское изделие

Набор штифтов стоматологических титановых по ТУ 9437-003-27974581-2009

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Изобретения, конструкции, апробация в стоматологии "ИКАДЕНТ" (ООО "ИКАДЕНТ"), Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 25, стр. 5, эт. 2, пом. XVI, ком. 8-13

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Изобретения, конструкции, апробация в стоматологии "ИКАДЕНТ" (ООО "ИКАДЕНТ"), Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 25, стр. 5, эт. 2, пом. XVI, ком. 8-13

Место производства медицинского изделия

ООО "ИКАДЕНТ", Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 25, стр. 5

Номер регистрационного досье № РД-22576/30582 от 19.06.2018

Вид медицинского изделия 101900


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.11.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 28 июня 2018 года № 4460
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0035839

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2018 года

№ ФСР 2010/07205

Лист 1

На медицинское изделие

Набор штифтов стоматологических титановых по ТУ 9437-003-27974581-2009:

В составе:

- штифт эндоканальный № А05;
- штифт эндоканальный № А20;
- штифт эндоканальный В05;
- штифт эндоканальный В20;
- штифт анкерный № С05;
- штифт анкерный № С20;
- штифт анкерный № D05;
- штифт анкерный № D20;
- штифт анкерный № D23;
- штифт анкерный № D30;
- штифт анкерный № D25;
- штифт анкерный № D35;
- штифт анкерный № E20;
- штифт анкерный № E35;
- штифт анкерный № EF20;
- штифт анкерный № EF30;
- штифт анкерный № EF35;
- штифт анкерный № GF20;
- штифт анкерный № GF25;
- штифт анкерный № HF20;
- штифт анкерный № HF35;
- штифт анкерный № K25;
- штифт анкерный № K45;
- штифт анкерный № KF25;
- штифт анкерный № KF45;
- сверло диаметром 0,9 мм;
- сверло диаметром 1,0 мм;
- сверло диаметром 1,1 мм;
- развертка диаметром 1,0 мм;
- развертка диаметром 1,2 мм;
- развертка диаметром 1,3 мм;
- развертка диаметром 1,4 мм;
- развертка диаметром 1,6 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Навлюков

0047363

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2018 года

№ ФСР 2010/07205

Лист 2

- фреза торцевая диаметром 3,0 мм;
- фреза торцевая диаметром 3,6 мм;
- фреза торцевая диаметром 4,0 мм;
- трепан диаметром 3,5 мм;
- трепан диаметром 3,9 мм;
- ключ инструментальный.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0047364